

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

DENTIMED

Instrumentendesinfektionsmittel

Sterimat ID Neu 5 L

Artikelnummer: 7733 | Hersteller: Dentimed

PRODUKTBESCHREIBUNG

Effiziente Reinigung und Desinfektion

Das DENTIMED Instrumentendesinfektionsmittel Sterimat ID Neu bietet eine gründliche Reinigung und Desinfektion in einem Schritt. Mit einer Einsatzkonzentration von nur 2 Prozent ist es sowohl wirtschaftlich als auch effektiv in seiner Anwendung. Dank der aldehyd- und phenolfreien Formel werden Instrumente schonend behandelt und bleiben in einwandfreiem Zustand.

Umweltfreundlich und dermatologisch getestet

Dieses Instrumentendesinfektionsmittel ist biologisch abbaubar und somit umweltfreundlich. Dermatologische Tests bestätigen die schonende Wirkung auf die Haut, was es besonders geeignet für den täglichen Gebrauch in medizinischen und hygienischen Bereichen macht. Der parfümierte Duft sorgt dabei für eine angenehme Atmosphäre.

Praktische Verpackung und Handhabung

Mit einer Verpackungseinheit von 5 Litern bietet Sterimat ID Neu eine praktische Lösung für den kontinuierlichen Bedarf grosser Einrichtungen. Der optional erhältliche Kanisterhahn (Art. 003916) erleichtert die Dosierung und macht die Anwendung besonders komfortabel. Dies reduziert den Zeitaufwand und optimiert Arbeitsabläufe.

Materialfreundlich bei konstanter Leistung

Das Instrumentendesinfektionsmittel überzeugt durch seine materialschonende Eigenschaft, wodurch die Lebensdauer der eingesetzten Instrumente verlängert wird. Trotz des pH-Wertes von 9.1 bis 9.8 bleibt die



Desinfektionsleistung konstant hoch. Die grüne Flüssigkeit ist damit eine verlässliche Wahl für professionelle Anwender.

SPEZIFIKATIONEN

VERPACKUNGSEINHEIT

5 Liter

LOSGRÖSSE

1

SICHERHEITSHINWEISE (P-SÄTZE)

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.|P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.|P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen

SICHERHEITSHINWEISE (P-SÄTZE)

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.|P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.|P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen

SICHERHEITSHINWEISE (P-SÄTZE)

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.|P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.|P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen

FARBE

grün

HERSTELLERLINK

<https://www.dentimed.ch/produits/sterimat-id-5-l/>

SICHERHEITSHINWEISE (P-SÄTZE)

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.|P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.|P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen

SICHERHEITSHINWEISE (P-SÄTZE)

P273 Freisetzung in die Umwelt

vermeiden.|P301 + P330 + P331 BEI

VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN

Erbrechen herbeiführen.|P305 + P351 + P338

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen

SICHERHEITSHINWEISE (P-SÄTZE)

P273 Freisetzung in die Umwelt

vermeiden.|P301 + P330 + P331 BEI

VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN

Erbrechen herbeiführen.|P305 + P351 + P338

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen

SICHERHEITSHINWEISE (P-SÄTZE)

P273 Freisetzung in die Umwelt

vermeiden.|P301 + P330 + P331 BEI

VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN

Erbrechen herbeiführen.|P305 + P351 + P338

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen

SICHERHEITSHINWEISE (P-SÄTZE)

P273 Freisetzung in die Umwelt

vermeiden.|P301 + P330 + P331 BEI

VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN

Erbrechen herbeiführen.|P305 + P351 + P338

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen

PH-WERT

9.1 - 9.8

SICHERHEITSHINWEISE (P-SÄTZE)

P273 Freisetzung in die Umwelt

vermeiden.|P301 + P330 + P331 BEI

VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN

Erbrechen herbeiführen.|P305 + P351 + P338

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen

SICHERHEITSHINWEISE (P-SÄTZE)

P273 Freisetzung in die Umwelt

vermeiden.|P301 + P330 + P331 BEI

VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN

Erbrechen herbeiführen.|P305 + P351 + P338

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen

SICHERHEITSHINWEISE (P-SÄTZE)

P273 Freisetzung in die Umwelt

vermeiden.|P301 + P330 + P331 BEI

VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN

Erbrechen herbeiführen.|P305 + P351 + P338

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen

SICHERHEITSHINWEISE (P-SÄTZE)

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.|P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.|P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen

SICHERHEITSHINWEISE (P-SÄTZE)

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.|P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.|P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen

SICHERHEITSHINWEISE (P-SÄTZE)

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.|P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.|P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen

SIGNALWORT

Gefahr

SICHERHEITSHINWEISE (P-SÄTZE)

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.|P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.|P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen

SICHERHEITSHINWEISE (P-SÄTZE)

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.|P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.|P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen

GEFAHRENSYMBOL

||

SICHERHEITSHINWEISE (P-SÄTZE)

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.|P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.|P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen

SICHERHEITSHINWEISE (P-SÄTZE)

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.|P301 + P330 + P331 BEI **VERSCHLUCKEN:** Mund ausspülen. **KEIN Erbrechen herbeiführen.**|P305 + P351 + P338 **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen

DUFT

parfümiert

NACHHALTIGKEIT

biologisch abbaubar

SICHERHEITSHINWEISE (P-SÄTZE)

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.|P301 + P330 + P331 BEI **VERSCHLUCKEN:** Mund ausspülen. **KEIN Erbrechen herbeiführen.**|P305 + P351 + P338 **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen

SICHERHEITSHINWEISE (P-SÄTZE)

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.|P301 + P330 + P331 BEI **VERSCHLUCKEN:** Mund ausspülen. **KEIN Erbrechen herbeiführen.**|P305 + P351 + P338 **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen

PH-WERT

9 - 10

PRODUKTTYP

Instrumentendesinfektionsmittel

EIGENSCHAFTEN

dermatologisch getestet|aldehydfrei|phenolfrei

GARANTIE

24

TEXTUR

Flüssigkeit

SICHERHEITSHINWEISE (P-SÄTZE)**P273 Freisetzung in die Umwelt**

vermeiden.|P301 + P330 + P331 BEI

VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN**Erbrechen herbeiführen.|P305 + P351 + P338****BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen****SICHERHEITSHINWEISE (P-SÄTZE)****P273 Freisetzung in die Umwelt**

vermeiden.|P301 + P330 + P331 BEI

VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN**Erbrechen herbeiführen.|P305 + P351 + P338****BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen**